Zał. Nr 1.5. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 5 – DYGESTORIUM

Dygestorium:

- dygestorium laboratoryjne;
- wym. zewn. (dł. x gł. x wys.) 1200x900x2100 mm;
- max. wysokość dygestorium przy podniesionym oknie 2500 mm;
- z szafką podblatową wyposażoną w półkę i zamek patentowy,
- blat roboczy chemoodporny wykonany z litej ceramiki technicznej LCT na podkładzie;
- blat roboczy z podniesionym dookoła obrzeżem wykonanym z kształtek ceramicznych;
- głębokość robocza blatu 700 mm, szerokość1110 mm, głębokość 38 mm;
- blat usytuowany na wysokości 900 mm od posadzki;
- konstrukcja dygestorium pełna;
- konstrukcja oparta na płytach obustronnie laminowanych laminatem o wzmocnionej strukturze;
- komora robocza (manipulacyjna) z bokami przeszklonymi,
- układ wentylacji (przewietrzania) - szczelinowy;
- instalacja elektryczna z zerowaniem 230V
- lampa oświetleniowa klasy IP-54 (hermetyczna);
- sterowanie oświetlenia komory roboczej;
- wyłącznik wentylatora montowany na panelu podblatowym;
- całość wykonana zgodnie z normą PN/EN 14175
- deklaracja i znak CE;
- transport do laboratorium, wniesienie urządzenia do laboratorium i jego montaż;
- podłączenia mediów (do istniejących wyprowadzeń wykonanych przez Zamawiającego);
- ustawienie i wypoziomowanie dygestorium;
- szkolenie z zakresu obsługi urządzenia;
- instrukcja obsługi w języku polskim;
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.